お客様各位

エポラームＣ【CSR-3005】取扱説明書の訂正のお知らせ

平成 24 年 3 月 1 日
旭化成テクノシステム株式会社

平素は、弊社製品をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、エポラームＣ【CSR-3005】につきまして、取扱説明書(第1.0版)に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

【訂正内容】

１．取扱説明書　本文１０ページ　５－２．変換器の項

（誤）：許容キャパシタンス：０．５μＦ

（正）：許容キャパシタンス：０．３μＦ

＜本訂正よる影響＞

防爆エリアで２mm^2より太いケーブルをご使用の場合は、最大長が２ｋｍより短くなる可能性があります。旧型油漏れ検知器からＣＳＲ－３００５へ交換されたお客様につきましては、ご使用いただいている延長ケーブルの配線長とキャパシタンスをご確認ください。
尚、非防爆エリアの場合、本訂正よる影響はありません。

２．取扱説明書　本文６ページ　４－２．(2) 結線図の表

（誤）：状況－短絡、動作表示灯(エポラーム)－不定

（正）：状況－短絡、動作表示灯(エポラーム)－消灯

【本件の問い合わせ先】

旭化成テクノシステム株式会社
営業部　計測器グループ　　後藤、松岡
TEL：03-3296-3921　mailto:ats@om.asahi-kasei.co.jp